



भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे
INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH PUNE
IISER/PUR/1618/24
PREBID CLARIFICATION ON GeM TENDER NUMBER - GEM/2025/B/5772459

Item Description- Procurement of GPC System with Refractive index (RI) and UV-Vis Detector

रिफ्रैक्टिव इंडेक्स (आरआई) और यूवी-विज़ डिटेक्टर के साथ जीपीसी सिस्टम की खरीद के लिए संस्थान की वेबसाइट www.iiserpune.ac.in और GeM पोर्टल पर 03/01/2025 को प्रकाशित एक खुली निविदा देखें।

Refer to an open tender published on the Institute website www.iiserpune.ac.in and on the GeM Portal on 03/01/2025 for procurement of GPC System with Refractive index (RI) and UV-Vis Detector.

बोली-पूर्व बैठक 10/01/2025 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित की गई और बैठक का विवरण इस प्रकार है:

Pre-Bid meeting was held on 10/01/2025 at 3.00 PM and minutes of meeting is as under:

प्रारंभ में, समिति ने सभी सदस्यों और संभावित बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और सामान्य रूप से निविदा के दायरे के बारे में जानकारी दी और उसके बाद सहायक रजिस्ट्रार (एसएंडपी) से बोलीदाताओं को निविदा की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया।

At the outset, the committee welcomed all the Members and the representative of the Prospective Bidders and briefed in general the scope of the tender and thereafter requested Assistant Registrar (S&P) to brief the bidders on the salient features of the tender.

उपस्थित प्रतिनिधि दिए गए उत्तरों से संतुष्ट थे और यह सूचित किया गया कि दिए गए सुधार / परिवर्धन / स्पष्टीकरण, जैसा कि प्री-बिड कॉन्फ्रेंस के दौरान चर्चा की गई थी, आईआईएसईआर पुणे की वेबसाइट पर होस्ट किए जाएंगे और सभी संभावित बोलीदाताओं को इसका संज्ञान लेना होगा। बोली दस्तावेजों में निर्धारित अनुसार अपनी बोलियां जमा करने से पहले बोली-पूर्व सम्मेलन की कार्यवाही।

The representatives present were satisfied with the replies given and it was informed that the corrections / additions / clarifications given, as discussed during the Pre-Bid Conference would be hosted on the website of IISER Pune and all the Prospective Bidders are required to take cognizance of the proceedings of the Pre-Bid Conference before submitting their bids as stipulated in the Bidding Documents.

हमारी आईआईएसईआर वेबसाइट www.iiserpune.ac.in और GeM portal पर जारी नोटिस के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। इस संबंध में और कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

The other terms & conditions of the notice issued on our IISER website www.iiserpune.ac.in and GeM portal will remain unchanged. No more correspondence in this regard will be entertained.

बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

The meeting ended with vote of thanks to the Chair.

10/01/2025

10/01/2025

Sd/-

सहायक कुलसचिव (भंडारण एवं क्रय)

Assistant Registrar (S&P)

TECHNICAL AND COMMERCIAL QUERIES AND CLARIFICATION**PRE-BID CONFERENCE FOR ITEM DESCRIPTION- PROCUREMENT OF GPC SYSTEM WITH REFRACTIVE INDEX (RI) AND UV-VIS DETECTOR**

S. No.	Query/Clarification Sought	Clarification / Amendment
01	<p><u>Pump – Quaternary Queries:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To amend the flow rates 0.001- 5ml/min 2. To amend the Flow rate precision: ≤ 0.075 % RSD 3. To amend the Delay Volume: ≤ 1000 μL 4. To amend the Composition precision: ≤ 0.15% RSD 	<p><u>Pump – Quaternary</u> Tender specifications prevails.</p>
02	<p><u>Injection system: Auto sampler Queries:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> i) To amend Auto sampler carryover: 0.002 % RSD or better ii) To amend Sample Capacity 96 or more vials of 1.5/2ml 	<p><u>Injection system: Auto sampler</u> Tender specifications prevails.</p>
03	<p><u>Thermostat Column Compartment Queries:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> i) To amend Temperature control precision: ± 0.5 °C or better 	<p><u>Thermostat Column compartment</u> Tender specifications prevails.</p>
04	<p><u>RI Detector Queries:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> i) To amend Measurement, range 5×10^{-4} to 7×10^{-9} RIU 	<p><u>RI Detector</u> Tender specifications prevails.</p>
05	<p><u>UV Vis Detector Queries:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> i) To amend Wavelength Range 190-700 nm 	<p><u>UV Vis Detector</u> Tender specifications prevails.</p>