



भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे

INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH PUNE

IISER/PUR/0595/26

PREBID CLARIFICATION

आइटम विवरण-गैसीय और तरल वाष्पशील उत्पादों के विश्लेषण के लिए TCD वाले 'गैस क्रोमैटोग्राफ मास स्पेक्ट्रोमीटर की खरीद

Item Description- Procurement of Gas Chromatograph Mass Spectrometer with TCD for Gaseous and liquid volatile Product Analysis Applications

गैसीय और तरल वाष्पशील उत्पादों के विश्लेषण के लिए TCD वाले 'गैस क्रोमैटोग्राफ मास स्पेक्ट्रोमीटर की खरीद के लिए, 19/08/2026 को इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.iiserpune.ac.in और CPP पोर्टल पर प्रकाशित ओपन टेंडर देखें।

Refer to an open tender published on the Institute website www.iiserpune.ac.in and on the CPP Portal on 19/08/2026 for procurement of Gas Chromatograph Mass Spectrometer with TCD for Gaseous and liquid volatile Product Analysis Applications.

प्री-बिड मीटिंग 26/08/2026 को शाम 3.00 बजे आयोजित की गई और बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है:

Pre-Bid meeting was held on 26/08/2026 at 3.00 PM and minutes of meeting is as under:

प्रारंभ में, समिति ने सभी सदस्यों और संभावित बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और सामान्य तौर पर निविदा के दायरे की जानकारी दी और उसके बाद उप कुलसचिव (भंडारण एवं क्रय) से बोली लगाने वालों को निविदा की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया।

At the outset, the committee welcomed all the Members and the representative of the Prospective Bidders and briefed in general the scope of the tender and thereafter requested Deputy Registrar (S&P) to brief the bidders on the salient features of the tender.

उपस्थित प्रतिनिधि दिए गए उत्तरों से संतुष्ट थे और यह सूचित किया गया था कि प्री बिड कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई चर्चा के अनुसार दिए गए सुधार- / परिवर्धन / स्पष्टीकरण को IISER पुणे की वेबसाइट पर होस्ट किया जाएगा और सभी संभावित बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों में निर्धारित अनुसार अपनी बोली जमा करने से पहले प्री-बिड सम्मेलन की कार्यवाही का संज्ञान लेना आवश्यक है।

The representatives present were satisfied with the replies given and it was informed that the corrections / additions / clarifications given, as discussed during the Pre-Bid Conference would be hosted on the website of IISER Pune and all the Prospective Bidders are required to take cognizance of the proceedings of the Pre-Bid Conference before submitting their bids as stipulated in the Bidding Documents.

हमारी आईआईएसईआर वेबसाइट www.iiserpune.ac.in और CPP portal पर जारी नोटिस के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। इस संबंध में और कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

The other terms & conditions of the notice issued on our IISER website www.iiserpune.ac.in and CPP portal will remain unchanged. No more correspondence in this regard will be entertained.

बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

The meeting ended with vote of thanks to the Chair.

Sd/-

उप कुलसचिव (भंडारण एवं क्रय)

Deputy Registrar (S&P)

TECHNICAL AND COMMERCIAL QUERIES AND CLARIFICATION

**PRE-BID CONFERENCE FOR PROCUREMENT OF GAS CHROMATOGRAPH MASS SPECTROMETER WITH TCD
FOR GASEOUS AND LIQUID VOLATILE PRODUCT ANALYSIS APPLICATIONS**

S. No.	Query/Clarification Sought	Clarification / Amendment
1.	CHAPTER 4- SCHEDULE OF REQUIREMENTS, SPECIFICATIONS & ALLIED TECHNICAL DETAILS. <u>Serial No. 7: Column (marks-3), Point no. 4</u> Bidder requesting clarification regarding Carbowax or PEG column being not suitable for measurements of gaseous hydrocarbons while being okay for liquid hydrocarbons. bidder stated. “As Carbowax is a bonded stationary phase, it is not suitable for gas analysis like CO, C₂H₂, C₂H₄, CH₄, CO₂, H₂ or O₂. This will require a carbon-based PLOT column or a Molsieve column. Carbowax or PEG column is however suitable for Methanol, Benzene, Toluene, Xylenes,etc . Request you to clarify the same.”	CHAPTER 4- SCHEDULE OF REQUIREMENTS, SPECIFICATIONS & ALLIED TECHNICAL DETAILS. <u>Serial No. 7: Column (marks-3), Point no. 4</u> Two different types of columns which will cover user's applications, are already included in the Technical Specifications. Hence, the tender specifications prevail.